



**PREZES
GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR**

Warszawa, ul. Elektoralna 2

Warszawa, 8.04.2004r.

DECYZJA NR ZT 159/2004

Na podstawie art. 16 pkt 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636 z późniejszymi zmianami) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 stycznia 2004 r., bez numeru, który wpłynął do Głównego Urzędu Miar dnia 30 stycznia 2004 r., zgłoszonego przez STANLEY SALES AND MARKETING POLAND SP. Z O.O., ul. Modlińska 190, 03-119 Warszawa oraz na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Miar

ZATWIERDZAM TYP

przymiarów wstępowych, o nazwie handlowej DYNAGRIP, o długości nominalnej 8 m i 10 m, produkowanych przez STANLEY WORKS LTD, 600 MYRTLE STREET, NEW BRITAIN, CT 06052, USA, zwanych dalej "przymiarami".

Przymiarom nie nadaje się znaku zatwierdzenia typu.

Przymiary spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać materialne miary długości (Dz. U. Nr 97, poz. 880).

Charakterystyka typu:

Przymiary wykonywane są jako zwijane, końcowo-kreskowe, klasy dokładności II. Wstęga przymiaru wykonana jest ze stali, pokryta lakierem i powłoką foliową MYLAR^R. Przymiar zakończony jest ruchomym zaczepem. Szerokość wstęgi wynosi 25 mm dla długości nominalnej 8 m i 10 m. Podziałka, o wartości działki elementarnej 1 mm, naniesiona jest wzdłuż obu krawędzi wstęgi i ocyfrowana co 1 cm. Kreski i cyfry podziałki naniesione są metodą drukowania. Obudowa przymiaru wykonana jest z tworzywa sztucznego i gumy. Na wstędze przymiaru wykonane są następujące oznaczenia: długość nominalna wyrażona w metrach, klasa dokładności, temperatura odniesienia 20 °C, znak producenta przymiaru STANLEY, USA oraz znak zatwierdzenia typu EWG:

NL 98
E 199

Na obudowie przymiaru naniesione są następujące oznaczenia: długość nominalna wyrażona w metrach, nazwa handlowa przymiaru DYNAGRIP, znak producenta przymiaru STANLEY oraz numer katalogowy.

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstepuje się od uzasadnienia decyzji jako uwzględniającej w całości żądanie strony.

Od decyzji niniejszej stronie nie przysługuje odwołanie. Jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Prezesa Głównego Urzędu Miar z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Po wyczerpaniu środków odwoławczych stronie niezadowolonej z decyzji przysługuje prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie (art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. Nr 153, poz. 1270). Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Otrzymują:

1. STANLEY SALES AND MARKETING POLAND SP. Z O.O.

ul. Modlińska 190

03-119 Warszawa

2. GUM a/a

Do wiadomości:

Dyrektorzy OUM.

Egz. szt. 2



Z up. Prezesa GUM

Aneta Lato-Zuchowska
Aneta Lato-Zuchowska
WICEPREZES