



**PREZES
GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR**

Warszawa, ul. Elektoralna 2

Warszawa, 2000-07-17

DECYZJA NR ZT 619/2000

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248, z późniejszymi zmianami) – po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 kwietnia 2000 r., bez numeru i z dnia 7 czerwca 2000 r., bez numeru, zgłoszonego przez firmę STANLEY INTERNATIONAL HOLDINGS INC. Oddział w Warszawie, ul. Włoska 2, 00-777 Warszawa oraz na podstawie badań wykonanych przez Laboratorium Pomiarów Długości Zakładu Długości i Kąta Głównego Urzędu Miar

ZATWIERDZAM TYP

przymiarów wstępowych zwijanych o górnej granicy zakresu pomiarowego 3 m, produkcji Stanley Works Ltd, Wellgrov Industrie Estate, 103 Moo, 5 Bangna Trad Rd, Bangpakong, Thailand, zwanych dalej "przymiarami".

Przymiarom nie nadaje się znaku typu.

Przymiary spełniają wymagania określone w przepisach metrologicznych o przymiarach wstępowych, stanowiących załącznik do zarządzenia nr 139 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 20 listopada 1995 r. (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 25, poz. 135 i z 1999 r. Nr 3, poz. 17 i Nr 8, poz. 59).

Charakterystyka

Wstęgi przymiarów wykonane są ze stali i pokryte lakierem. Szerokość wstęgi wynosi 12,6 mm. Kreski podziałki i ocyfrowanie wykonane są metodą drukowania. Wartość działki elementarnej wynosi 1 mm. Obudowy przymiarów wykonane są z tworzywa sztucznego, wyposażone są w hamulec i układ odczytowy. Przymiary posiadają zaczep ruchomy, przymocowany za pomocą dwóch nitów, pozwalający na pomiar z taśmą wspartą lub przyłożoną do mierzonego obiektu. Na wstędze przymiaru wykonane są następujące oznaczenia: zakres pomiarowy wyrażony w metrach, klasa dokładności, temperatura odniesienia 20 °C, znak producenta STANLEY oraz znak zatwierdzenia typu EWG:

NL 99
E 235

Na obudowie przymiaru wykonane są następujące oznaczenia: zakres pomiarowy wyrażony w metrach, znak producenta STANLEY oraz numer katalogowy 30-484.

Przymiary mogą być wprowadzone do obrotu lub użytkowania do dnia 31 grudnia 2005 roku.

Od decyzji niniejszej służy stronie wniosek do Prezesa Głównego Urzędu Miar o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.




Krzysztof Mordziński