



**PREZES
GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR**

Warszawa, ul. Elektoralna 2

Warszawa, 21.04.2004 r.

DECYZJA NR ZT 164/2004

Na podstawie art. 16 pkt 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636 z późniejszymi zmianami) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 grudnia 2003 r., bez numeru, który wpłynął do Głównego Urzędu Miar dnia 29 grudnia 2003 r., zgłoszonego przez STANLEY SALES AND MARKETING POLAND SP. Z O.O., ul. Modlińska 190, 03-119 Warszawa oraz na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Miar

ZATWIERDZAM TYP

przymiarów wstępowych, o nazwie handlowej FATMAX, o długości nominalnej 3 m i 5 m, produkowanych przez STANLEY FRANCE, Z.I. DE TREPILLOT BP 1579, 25009 BESANCON CEDEX, Francja, zwanych dalej "przymiarami".

Przymiarom nie nadaje się znaku zatwierdzenia typu.

Przymiary spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać materialne miary długości (Dz. U. Nr 97, poz. 880).

Charakterystyka typu:

Przymiary wykonywane są jako zwijane, końcowo-kreskowe, klasy dokładności II. Wstęga przymiaru wykonana jest ze stali, pokryta lakierem i powłoką foliową MYLAR[®]. Przymiar zakończony jest ruchomym zaczepem. Szerokość wstęgi wynosi 16 mm dla długości nominalnej 3 m i 19 mm dla długości nominalnej 5 m. Podziałka, o wartości działki elementarnej 1 mm, naniesiona jest wzdłuż obu krawędzi wstęgi i ocyfrowana co 1 cm. Kreski i cyfry podziałki naniesione są metodą drukowania. Obudowa przymiaru wykonana jest z tworzywa sztucznego i gumy. Na wstędze przymiaru wykonane są następujące oznaczenia: długość nominalna wyrażona w metrach, klasa dokładności, temperatura odniesienia 20 °C, znak producenta przymiaru STANLEY, oraz znak zatwierdzenia typu EWG:

F97
211.004

Na obudowie przymiaru naniesione są następujące oznaczenia: długość nominalna wyrażona w metrach, nazwa handlowa przymiaru FatMax, znak producenta przymiaru STANLEY oraz numer katalogowy.

h

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia decyzji jako uwzględniającej w całości żądanie strony.

Od decyzji niniejszej stronie nie przysługuje odwołanie. Jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Prezesa Głównego Urzędu Miar z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Po wyczerpaniu środków odwoławczych stronie niezadowolonej z decyzji przysługuje prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie (art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. Nr 153, poz. 1270). Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Otrzymują:

1. STANLEY SALES AND MARKETING POLAND SP. Z O.O.

ul. Modlińska 190
03-119 Warszawa

2. GUM a/a

Do wiadomości:
Dyrektorzy OUM.

Egz. szt. 2



Z up. Prezesa GUM
Aneta Lato-Zuchowska
WICEPREZES